



# Prefeitura Municipal de Novais

CNPJ: 65.711.699/0001-43

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVAIS RETIFICAÇÃO DO EDITAL

### Processo Licitatório nº 068/2021 - Pregão Eletrônico nº 16/2021

A Prefeitura Municipal de Novais, através de seu prefeito, no uso de suas atribuições legais, torna pública, para conhecimento geral, a retificação no Edital, referente ao Pregão Eletrônico nº 16/2021, Processo Licitatório nº 068/2021, que tem por objeto a Aquisição de Materiais de Enfermagem para a Rede Municipal de Saúde do Município de Novais, com entrega parcelada, pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com as especificações constantes do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, conforme descrito a seguir: **I- RETIFICAR** a descrição do item 210, no Anexo I – Termo de Referência, objeto do Edital nº 16/2021, a seguir: **ONDE-SE LÊ: ITEM 01 – QUANTIDADE 1.500 CX - TIRAS GLICEMIA CAPILAR**: Fitas para teste HGT (tiras de teste para determinação quantitativa de glicemia em sangue capilar) intervalo de medições: 10-600mg/dl, ACOMPANHADAS DE NO MÍNIMO 01 (UM) APARELHO PARA CADA 500 (QUINHENTAS) TIRAS, glicosímetros adquiridos em regime de doação/comodato de no mínimo 12 (doze) meses, para uso domiciliar, tabela de concentração, coleta de sangue feita com a tira fora do monitor, unidade de medida: mg/dl”. O aparelho deverá aceitar a segunda gota de sangue na mesma tira em no máximo 5 segundos, após a primeira gota, também alertará os pacientes em caso de hipoglicemia, ou seja, que a medição esteja entre 60-80mg/dl. O resultado deverá ser referenciado à plasma, para se ter um resultado mais próximo do valor correto. Obs. A Licitante vencedora devesse repor os aparelhos que apresentarem problemas durante o período de comodato, se for o caso, e treinamentos gratuitamente. **CAIXA COM 50 TIRAS. PASSA-SE A LER: TIRAS REAGENTES PARA DETECÇÃO DE GLICEMIA NO SANGUE CAPILAR**: Tiras reagentes para detecção de glicemia no sangue capilar, venoso, arterial e neonatal, com qualquer química enzimática, com leitura eletroquímica ou amperométrica deve atender as faixas de hematócritos de 20% a 65 %. Tempo de leitura máximo de 10 segundos. Monitor portátil autocodificado, sem necessidade de calibração por tira código ou chip. Faixa de medição de 20MG/DL a 600MG/DL, aceitando-se valores inferiores a 20MG/DL e superiores a 600MG/DL. As tiras devem ser embaladas em caixas contendo 50 (cinquenta) tiras, devendo conter no rótulo o nº de lote, e data de validade de no mínimo 12 meses, mantendo a mesma validade após a abertura do frasco. Apresentar junto a proposta a ISO 15197/2013, Bula /Instrução de uso, certificado de boas práticas emitido pela ANVISA do Brasil e Registro ANVISA das tiras e dos monitores. OBSERVAÇÕES: Caberá a licitante vencedora: 1) O fornecimento de glicosímetros compatíveis com as tiras fornecidas, sem uso (NOVO), acompanhado de estojo para o transporte do monitor; 2) O fornecimento gratuito de baterias para monitor, quantas necessárias forem para a reposição, sendo a troca das baterias dos glicosímetros de responsabilidade da empresa vencedora que fará a substituição, SEM ÔNUS para a SMS/Novais, no prazo de até 48 horas durante a vigência do contrato; 3)Ministrar treinamentos de manuseio dos monitores aos profissionais de saúde que atuam na SMS/Novais, em locais e datas preestabelecidas pela SMS, sendo as despesas de viagem, estadia e alimentação dos funcionários da empresa/ou técnicos, por ocasião das visitas de suporte técnico e treinamentos, de responsabilidade da licitante vencedora; 4)Fornecer gratuitamente tantos monitores quantos solicitados durante o período do presente contrato, independentemente das quantidades de tiras adquiridas pela administração. O monitor que apresentar defeito deverá ser substituído SEM ÔNUS para a SMS/Novais, sem ser computado no quantitativo inicial de até 350 monitores, e sempre que solicitado pela SMS/Novais por indicação médica o monitoramento para novos pacientes a empresa licitante vencedora fornecera gratuitamente novos aparelhos glicosímetro no período



# Prefeitura Municipal de Novais

CNPJ: 65.711.699/0001-43

---

de validade do contrato. **A EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME DEVERÁ APRESENTAR, NO PRAZO DE ATÉ TRÊS (3) DIAS UTEIS APÓS A HOMOLOGAÇÃO AMOSTRA DAS TIRAS E DO APARELHO PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA. HORA: RECEBIMENTO E ABERTURA DE PROPOSTAS:** Data de encerramento do envio de PROPOSTA: 10/02/2022 às 08:00hs; Data de abertura do pregão: 10/02/2022 às 09:00 hs. **LOCAL:** A sessão pública dar-se-á por meio de Sistema Eletrônico no Portal de Licitações no endereço “<http://comprasbr.com.br>”. Prefeitura Municipal de Novais/SP, 28 de janeiro de 2022. PAULO CESAR DIAS PINHEIRO - Prefeito Municipal.